

Bipacksedel: Information till användaren

Sondelbay 20 mikrogram/80 mikroliter, injektionsvätska, lösning, i förfylld injektionspenna teriparatid

▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt 4.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Sondelbay är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Sondelbay
3. Hur du använder Sondelbay
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Sondelbay ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Sondelbay är och vad det används för

Sondelbay innehåller den aktiva substansen teriparatid som används till att göra skelettet starkare och minska risken för benbrott genom att stimulera benbildning.

Sondelbay används för att behandla osteoporos hos vuxna. Osteoporos är en sjukdom, som gör att benen i kroppen blir tunna och sköra. Sjukdomen är särskilt vanlig hos kvinnor efter menopaus, men kan även förekomma bland män. Osteoporos är också vanligt hos patienter som får kortikosteroider.

2. Vad du behöver veta innan du använder Sondelbay

Använd inte Sondelbay

- om du är allergisk mot teriparatid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).
- om du har ökad mängd kalcium i blodet (hyperkalcemi).
- om du har allvarliga problem med njurarna.
- om du vid något tidigare tillfälle fått diagnos på skelettcancer eller annan cancer som spritt sig (metastaserat) till skelettet.
- om du har en viss typ av bensjukdom. Tala om för din läkare om du har en bensjukdom.
- om du har oförklarligt höga värden av alkaliskt fosfat i blodet, som tyder på att du kan ha Pagets bensjukdom (sjukdom med onormal nedbrytning och uppbyggnad av ben). Rådfråga din läkare om du är osäker.
- om du har fått strålbehandling som involverar benstommen.
- om du är gravid eller ammar.

Varningar och försiktighet

Sondelbay kan ge en ökad mängd av kalcium i blodet eller urinen.

Tala med läkare eller apotekspersonal innan eller under tiden du använder Sondelbay:

- om du ständigt är illamående, har kräkningar, förstoppning, låg energi eller muskelsvaghet. Det kan vara tecken på att du har för mycket kalcium i blodet.
- om du lider av njursten eller har haft njursten tidigare.
- om du lider av njurproblem (måttligt nedsatt njurfunktion).

En del patienter blir yra eller får en snabb hjärtfrekvens efter de första doserna. Injicera Sondelbay där du snabbt kan sitta eller ligga ned om du blir yr.

Den rekommenderade behandlingstiden på 24 månader bör inte överskridas.

Sondelbay ska inte användas till unga vuxna.

Barn och ungdomar

Sondelbay ska inte användas till barn eller ungdomar (under 18 år).

Andra läkemedel och Sondelbay

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, eftersom de i enstaka fall kan påverka effekten av varandra (t.ex. digoxin/digitalis, för behandling av hjärtsjukdom).

Graviditet och amning

Använd inte Sondelbay om du är gravid eller ammar. Om du är en fertil kvinna ska du använda ett säkert preventivmedel under behandling med Sondelbay. Om du blir gravid ska behandlingen med Sondelbay avslutas. Rådfråga din läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Vissa personer kan känna yrsel efter injektion med Sondelbay. Om du känner dig yr, ska du inte köra bil eller använda verktyg eller maskiner förrän du känner dig bättre.

Sondelbay innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per dos, d.v.s. är näst intill ”natriumfritt”.

3. Hur du använder Sondelbay

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Den rekommenderade dosen är 20 mikrogram (i 80 mikroliter), som injiceras under huden (subkutan injektion) i lår eller buk, en gång om dagen. Ta ditt läkemedel vid samma tidpunkt varje dag för att lättare komma ihåg att använda det.

Injicera Sondelbay varje dag under så lång tid som läkaren forskrivit. Den totala behandlingstiden med Sondelbay bör inte överstiga 24 månader. Du bör inte få mer än en 24 månaders behandlingskur under din livstid.

Läs i bruksanvisningen hur injektionspennan ska användas.

Sondelbay finns i förpackningar med 1 förfylld injektionspenna eller 3 injektionspennor utan injektionsnålar. Sondelbay kan användas med injektionsnålar (31G eller 32G; 4 mm, 5 mm eller 8 mm).

Sondelbay finns också i förpackningar med 1 injektionspenna med 28 sterila injektionsnålar för engångsbruk (32G; 4 mm).

Du ska ta Sondelbay strax efter det att injektionspennan tagits ut från kylskåpet, som beskrivs i bruksanvisningen. Lägg tillbaka injektionspennan i kylskåpet omedelbart efter användningen. Använd en ny injektionsnål vid varje injektion och kasta den efter användningen. Förvara inte injektionspennan med injektionsnålen påsatt. Dela aldrig din Sondelbay injektionspenna med andra.

Din läkare kan ordinera tillägg av kalcium och D-vitamin. Hur mycket av dessa läkemedel du ska ta varje dag bestäms av läkaren.

Sondelbay kan tas oberoende av måltid.

Om du har använt för stor mängd av Sondelbay

Om du av misstag använt mer Sondelbay än du borde, kontakta din läkare eller farmaceut.

För stor dos kan ge illamående, kräkningar, yrsel och huvudvärk.

Om du har glömt att använda Sondelbay eller inte kan ta det vid vanlig tidpunkt, ta injektionen så snart som möjligt samma dag. Ta inte dubbel dos för att kompensera den uteblivna dosen. Använd inte mer än en injektion samma dag även om du missat en dos. Försök inte kompensera den uteblivna dosen.

Om du slutar att använda Sondelbay

Om du överväger att avsluta Sondelbay-behandlingen, bör du tala med din läkare. Din läkare kommer att rådgöra med dig och avgöra hur länge du bör fortsätta med Sondelbay.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla behöver inte få dem.

De vanligaste biverkningarna är smärta i armar och ben (frekvensen är mycket vanlig, kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare) och illamående, huvudvärk och yrsel (frekvensen är vanlig).

Om du blir yr efter injektionen, sätt eller lägg dig ner tills du känner dig bättre. Om du inte blir bättre ska du kontakta läkare innan du fortsätter behandlingen. Fall av svimning har rapporterats i samband med användning av teriparatid.

Om du känner obehag såsom hudrodnad, smärta, svullnad, klåda, blåmärken eller mindre blödning vid injektionsstället (frekvensen är vanlig). Detta brukar oftast försvinna inom några dagar eller veckor. Annars bör du kontakta läkare så snart som möjligt.

Några patienter har fått allergiska reaktioner kort efter injektionen, såsom andnöd, ansiktssvullnad, utslag och bröstsmärta (frekvensen är sällsynt). I sällsynta fall kan allvariga och potentiellt livshotande allergiska reaktioner inklusive anafylaxi inträffa.

Andra biverkningar är:

Vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare

- ökade kolesterolnivåer i blodet
- depression
- neuralgisk (nerv-) smärta i benen
- svaghetskänsla
- oregelbundna hjärtslag
- andfåddhet
- ökad svettning
- muskelkramper
- nedsatt energi
- trötthet
- bröstsmärta
- lågt blodtryck
- halsbränna (smärta eller brännande känsla nedanför bröstbenet)
- illamående (kräkningar)
- bråck i matstrupen
- lågt hemoglobin eller lågt antal röda blodkroppar (anemi).

Mindre vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare

- ökad hjärtfrekvens
- onormalt hjärtljud
- andfåddhet
- hemorrojder
- urinläckage
- ökat behov att tömma blåsan
- viktökning
- njurstenar
- smärtor i muskler och smärtor i leder. Några patienter har fått så svåra kramper eller smärtor i ryggen, att de fått behandlas på sjukhus
- ökning av kalciummängden i blodet
- ökning av urinsyremängden i blodet
- ökning av ett enzym som heter alkaliskt fosfat.

Sällsynta: kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare

- nedsatt njurfunktion, inkluderande njursvikt
- svullnad, främst i händer, fötter och ben.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5. Hur Sondelbay ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och pennan efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Sondelbay ska förvaras i kylskåp (2 °C-8 °C). När Sondelbay har öppnats kan det förvaras vid rumstemperatur i upp till 25 °C i maximalt 3 dagar om det saknas kylskåp och ska därefter läggas tillbaka i kylskåpet och användas inom 28 dagar från den första injektionen. Kassera Sondelbay injektionspenna om det har förvarats utanför kylskåp vid upp till 25° C i mer än 3 dagar.

Sondelbay får ej frysas. Undvik att placera pennorna nära frysdelen i kylskåpet för att förhindra att de fryser. Använd inte Sondelbay om det är eller har varit fryst.

Förvaras i originalförpackningen (dvs. ytterkartongen). Ljuskänsligt.

Varje injektionspenna ska kasseras 28 dagar efter första användning, även om den inte är helt tom.

Sondelbay innehåller en klar och färglös lösning. Använd inte Sondelbay om fasta partiklar har bildats i lösningen eller om lösningen är grumlig eller färgad.

Överför inte läkemedlet till en spruta.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är teriparatid. En ml injektionsvätska innehåller 250 mikrogram teriparatid. Varje dos om 80 mikroliter innehåller 20 mikrogram teriparatid. En förfylld injektionspenna à 2,4 ml innehåller 600 mikrogram teriparatid.
- Övriga innehållsämnen är koncentrerad ättiksyra, natriumacetat (vattenfri), mannitol, metakresol och vatten för injektionsvätskor. Dessutom kan saltsyra och/eller natriumhydroxid ha tillsatts för pH-justering (se avsnitt 2 "Sondelbay innehåller natrium").

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Sondelbay är en färglös och klar lösning. Den tillhandahålls i en cylinderampull innesluten i en förfylld injektionspenna för engångsbruk. Varje förfylld injektionspenna innehåller 2,4 ml lösning för 28 doser. Sondelbay finns i förpackningar innehållande en förfylld injektionspenna eller tre förfyllda injektionspennor utan injektionsnålar och en förfylld injektionspenna med 28 injektionsnålar. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att tillhandahållas.

Innehavare av godkännande för försäljning

Accord Healthcare S.L.U.
World Trade Centre, Moll de Barcelona s/n,
Edifici Est, 6ª Planta,
08039, Barcelona, Spanien

Tillverkare

Accord Healthcare Polska Sp.z o.o.,
ul. Lutomierska 50,
95-200 Pabianice,
Polen

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

AT / BE / BG / CY / CZ / DE / DK / EE / FI / FR / HR / HU / IE / IS / IT / LT / LV / LU / MT / NL /
NO / PT / PL / RO / SE / SI / SK / ES

Accord Healthcare S.L.U.

Tel: +34 93 301 00 64

EL

Win Medica A.E.

Tel: +30 210 7488 821

Denna bipacksedel ändrades senast 03/2026

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats
<https://www.ema.europa.eu/>.

Bruksanvisning för användare av förfylld injektionspenna

Sondelbay 20 mikrogram/80 mikroliter injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna
teriparatid

Bruksanvisning

Innan du använder din nya Sondelbay injektionspenna ska du läsa igenom fram- och baksidan av denna bruksanvisning. Baksidan innehåller felsökning och annan information.



Följ anvisningen noggrant vid användning av Sondelbay injektionspenna. Läs även den medföljande bipacksedeln.

Dela inte din Sondelbay injektionspenna eller dina injektionsnålar med andra eftersom infektion eller sjukdom kan spridas från en person till en annan.

Din Sondelbay injektionspenna innehåller läkemedel för 28 dagar.

Kassera din Sondelbay injektionspenna 28 dagar efter din första injektion, även om den inte är helt tom.

Injicera inte mer än en dos Sondelbay på samma dag.

Delar på Sondelbay injektionspenna	
	
Injektionsnålar	
	Kontrollera visningsfönstret för att fastställa hur många doser som finns kvar. Pilen ◀ pekar på det antal doser som finns kvar. En ny injektionspenna ska ha 28 doser. Svarta prickar som visas i visningsfönstret avser det udda antalet doser som finns kvar i injektionspennan. Använd inte injektionspennan om det står "00" i visningsfönstret eftersom det betyder att det inte finns några doser kvar. Sondelbay injektionspenna behöver inte laddas före användning.



1 Förberedelse	Förbered injektionsstället (lår eller buk) enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. • Tvätta alltid händerna före varje injektion. • Kontrollera injektionspennans etikett för att säkerställa att det är rätt läkemedel. • Kontrollera utgångsdatum för att säkerställa att det inte har passerat. • Kontrollera visningsfönstret för att säkerställa att det finns doser kvar i injektionspennan. En ny injektionspenna ska ha 28 doser. Dra av skyddshatten på injektionspennan. • Kontrollera att injektionspennan inklusive läkemedelsampullen inte är skadad. • Kontrollera att läkemedlet är klart, färglöst och fritt från partiklar.
---------------------------------------	---

2 Ansluta en ny injektionsnål	Ta fram en ny injektionsnål för injektionspennor (se ovan). Dra av skyddsfolien. Tryck injektionsnålen rakt på läkemedelsampullen. Skruva fast injektionsnålen tills den sitter fast ordentligt. Dra av det stora nålskyddet och spara det. Du behöver det för att ta bort injektionsnålen efter användning.
--	---


3 Ställa in dosen	Kontrollera att en tom cirkel  visas i doserings-fönstret Vrid doseringsknappen medurs, pilar visas i doseringsfönstret. Fortsätt att vrida hela vägen och släpp inte doseringsknappen förrän du hör ett klick och ser en fylld cirkel  i doseringsfönstret. Om doseringsknappen släpps för tidigt eller inte vrids tillräckligt kan det påverka dosräknaren så att färre doser blir tillgängliga från Sondebay-pennan. Släpp doseringsknappen. Den fyllda cirkeln med ett streck ovanför  visas i doseringsfönstret. Detta bekräftar att du har ställt in dosen. Dra av det lilla nålskyddet och kassera det.
--	--

4 Injicera dosen	Nyp försiktig ihop ett hudveck på låret eller buken. Tryck injektionsnålen rakt in i huden och säkerställ att du ser doseringsfönstret. Håll kvar injektionsnålen i huden, tryck in injektionsknappen tills det tar stopp. Nu startar injektionen. Håll kvar i 5 sekunder. Håll kvar injektionsnålen i huden, vänta tills en tom cirkel  visas i doseringsfönstret. Räkna nu långsamt till 5 och dra därefter ut injektionsnålen från huden.
---	---


5 Bekräfta dosen	Efter att du har avslutat injektionen och tagit bort injektionsnålen från huden, kontrollera att du ser den tomma cirkeln  i doseringsfönstret. Om den tomma cirkeln inte visas i doseringsfönstret • Injicera inte en andra gång samma dag. • Du ska istället nollställa injektionspennan. Se Felsökning – Problem D.
---	---

6


Ta bort injektionsnålen




Sätt tillbaka det stora nålskyddet på injektionsnålen enligt bilden ovan och **tryck** fast det på plats. För att förhindra nålsticksskador ska du **inte** försöka sätta tillbaka det lilla nålskyddet eller vidröra injektionsnålen.



Skruva bort injektionsnålen från injektionspennan genom att rotera det stora nålskyddet moturs minst 5 gånger.



Dra av injektionsnålen och kassera den enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar.



Sätt tillbaka skyddshatten ordentligt på injektionspennan. Förvara injektionspennan i **kylskåpet** omedelbart efter användning.

Felsökning		
	Problem	Lösning
A.	Jag ser en luftbubbla i min Sondelbay injektionspenna.	En liten luftbubbla kommer inte att påverka dosen eller skada dig. Du kan fortsätta ta din dos som vanligt.
B.	Jag kan inte ställa in min dos.	1. Kontrollera visningsfönstret och säkerställ att din Sondelbay injektionspenna har minst en dos kvar. Om 00 visas i visningsfönstret betyder det att det inte finns någon dos kvar i Sondelbay injektionspenna. Du kan fortfarande se läkemedel i cylinderampullen men den kan inte injiceras. Du ska använda en ny Sondelbay injektionspenna för nästa dos. 2. Om din Sondelbay injektionspenna har minst en dos kvar och du fortfarande inte kan ställa in din dos, vrid doseringsknappen medurs tills du hör ett klickljud och ser en fylld cirkel  i doseringsfönstret. Släpp inte doseringsknappen förrän du hör ett klickljud och ser en fylld cirkel, annars hoppar den tillbaka till sin ursprungliga position. Efter klickljudet släpper du doseringsknappen och kommer att se en fylld cirkel med ett streck upptill  i doseringsfönstret.
C.	Jag ser en droppe läkemedel vid injektionsnålens spets när jag tar bort det lilla nålskyddet för injektion.	En liten droppe läkemedel vid nålspetsen påverkar inte din dos. Fortsätt använda dosen enligt beskrivningen i steg 4 i bruksanvisningen.
D.	Den tomma cirkeln  visades inte i doseringsfönstret trots att jag tryckt in injektionsknappen hela vägen och väntat. Vad ska jag göra?	Du ska nollställa din Sondelbay injektionspenna genom att följa nedanstående steg: 1. Om du redan har injicerat dosen, ta INTE en andra injektion samma dag. 2. Ta bort den använda injektionsnålen genom att försiktigt sätta tillbaka det stora nålskyddet på injektionsnålen. Vidrör inte injektionsnålen. Försök inte sätta tillbaka det lilla nålskyddet. Skruva bort injektionsnålen och kassera den enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. 3. Anslut en ny injektionsnål, dra av det stora nålskyddet och spara det. 4. Håll det lilla nålskyddet så att det pekar mot en tom behållare. 5. Dra av det lilla nålskyddet. Var försiktig, lite läkemedel kan sprutas ut. Lite läkemedel kan eventuellt sprutas ut i det lilla nålskyddet. Kassera det lilla nålskyddet. 6. Nu ska du se en tom cirkel i doseringsfönstret. Om du fortfarande inte ser det, vänd dig till läkaren eller apotekspersonal. 7. Sätt tillbaka det stora nålskyddet på injektionsnålen. Vidrör inte injektionsnålen. Försök inte sätta tillbaka det lilla nålskyddet. Skruva bort injektionsnålen och kassera den enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar.

		8. Sätt tillbaka skyddshatten på Sondelbay injektionspenna och lägg injektionspennan i kylskåpet. 9. Tvätta händerna. Du kan förhindra detta problem genom att alltid använda en NY injektionsnål för varje injektion och genom att trycka in injektionsknappen tills det tar stopp. Vänta tills en tom cirkel visas och räkna därefter långsamt till 5 innan du tar bort injektionsnålen från huden.
E.	Hur vet jag om min Sondelbay injektionspenna fungerar?	Din Sondelbay injektionspenna är utformad för att injicera hela dosen varje gång du använder den enligt bruksanvisningen. Den tomma cirkeln  visas i doseringsfönstret efter injektionen för att visa att hela läkemedelsdosen har injicerats. Visningsfönstret visar hur många doser som finns kvar i injektionspennan. Antal doser räknas ned med 1 varje gång du ger en injektion. Detta är också ett tecken på att injektionspennan fungerar. Använd en ny injektionsnål för varje injektion för att säkerställa att din Sondelbay injektionspenna fungerar på rätt sätt.
F.	Jag kan inte ta bort injektionsnålen från min Sondelbay injektionspenna.	1. Sätt tillbaka det stora nålskyddet på injektionsnålen enligt steg 6 på framsidan. 2. Skruva bort injektionsnålen genom att trycka nålen på injektionspennan samtidigt som du roterar den moturs flera varv. 3. Dra av injektionsnålen och kassera den enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. 4. Om du fortfarande inte kan ta bort injektionsnålen, be någon hjälpa dig.

Rengöring och förvaring

Rengöring av Sondelbay injektionspenna:

- Torka av utsidan på Sondelbay injektionspenna med en fuktig trasa.
- Lägg inte Sondelbay injektionspenna i vatten och rengör den inte med någon vätska.

Förvaring av Sondelbay injektionspenna:

- Se bipacksedeln för anvisningar om förvaring av Sondelbay injektionspenna.

Kassering av Sondelbay injektionspenna och injektionsnålar

Kassering av Sondelbay injektionspenna

- Kassera din Sondelbay injektionspenna 28 dagar efter den första injektionen, även om den inte är helt tom.
- Ta alltid bort injektionsnålen innan du kasserar Sondelbay injektionspenna.
- Fråga läkare eller apotekspersonal om hur du ska kassera Sondelbay injektionspenna.

Kassering av injektionsnålar

- Lägg använda injektionsnålar i en behållare för stickande och skärande föremål eller en hård plastbehållare med ett säkert lock.
- Kassera inte injektionsnålarna i hushållsavfallet.
- Återvinn inte den fyllda behållaren för stickande och skärande föremål.
- Fråga läkare eller apotekspersonal om hur du ska kassera behållaren på rätt sätt.
- Dessa anvisningar avseende hantering av injektionsnålar är inte avsedda att ersätta lokala anvisningar, hälso- och sjukvårdspersonalens eller institutionens riktlinjer.

Övrig information

- Läs igenom och följ anvisningarna i bipacksedeln för användning av läkemedlet.
- Sondelbay injektionspenna bör inte användas av blinda eller personer med synnedsättning utan hjälp av en person som är utbildad i korrekt användning av produkten.
- Förvara Sondelbay injektionspenna utom syn- och räckhåll för barn.
- Överför inte läkemedlet till en spruta.
- Använd en ny injektionsnål för varje injektion.
- Kontrollera etiketten på Sondelbay injektionspenna för att säkerställa att du har rätt läkemedel och att utgångsdatum inte har passerat.
- Kontakta läkare eller apotekspersonal om du noterar något av följande:
 - Sondelbay injektionspenna verkar skadad
 - Läkemedlet är INTE klart, färglöst eller fritt från partiklar
- Sondelbay injektionspenna innehåller läkemedel för 28 dagar.
- Notera det första injektionsdatumet på Sondelbays ytterkartong (se utrymmet: Första användningsdag (datum)). Du ska kassera Sondelbay injektionspenna 28 dagar efter din första injektion.

Denna bruksanvisning ändrades senast 03/2026